


單一測點報表(60分):試驗藥局 2-8℃冰箱B溫度3100403-000296

2024/06/01 00:00-2024/07/01 23:59

28/28



6/25 晚上9:33.因水和散熱風扇故障.導致冰箱超溫.

立即將所有藥品搬到

原常溫C櫃存放.

常溫櫃至6/29晚上22:30

溫度降至8°C以下.

該其超溫時間為1小時4分鐘.

y2-watun tm
01 Jul 2024

葉輝傑 儀 君
藥字第026959號