


單一測點報表(60分):試驗藥局 室溫櫃-C溫度5010502-003114

2024/06/01 00:00~2024/07/01 23:59

28/28



因水和B壞掉. 所以
將室溫櫃C立刻收
成2-8°C的水箱使用
當下室溫櫃C有一試藥架
的藥品存放. 立刻以放到
室溫櫃B. 存放。

Ys-min-ten

01 Jul 2024