




藥師徐儀君
藥字第026959號

03. Jan. 2024

42-10100-10

因應臨床試驗藥局搬遷工程，溫度監控設備從 2024/05/29 13:00 開始停止紀錄，直到 2024/05/30 PM4:00 監控設備連線才完成。

因-20℃冰箱無存放試驗藥品，無藥品超溫事件發生。