



最大最小值趨勢圖報表(60分):B1F藥庫(-20℃冰箱)溫度

2019/09/01 00:00~2019/10/01 12:00



y2-utv n Asu

09-oct-2019

藥師徐儀君
藥字第026959號

9/1-9/5 因CRC電腦當機未記錄，故以藥師手寫記錄輔助。

日期	26	27	28	29	30	31	9/1	9/2	9/3	9/4	9/5	9/6	9/7	9/8
星期	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日
班別	03:00	08:00	17:00	03:00	08:00	17:00	03:00	08:00	17:00	03:00	08:00	17:00	03:00	08:00
溫度	溫度標示方式：× 代表最高溫、○ 代表最低溫、● 代表即時溫。 正常溫度範圍冷藏-25℃~-10℃，查核後請簽名(勿簽代號)													
5														
0														
-5														
-10														
-15	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
-20	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
-25														
-30														
-35														
-40														
簽名	孫國倫	孫國倫	孫國倫	孫國倫	孫國倫	孫國倫	孫國倫	孫國倫	孫國倫	孫國倫	孫國倫	孫國倫	孫國倫	孫國倫
異常處理														
原因														

組長簽章:

藥師 孫國倫
藥字第027795號

組長簽核:

藥師 孫國倫

1. 溫度異常時，初步處理請先檢查電源插頭及線路是否異常。電源確認後，務必在一小時內再次確認溫度。

2. 異常處理方法：A：調低冷藏控制閥(冷度轉強) B：調高冷藏控制閥(冷度轉弱) C：經初步處理溫度仍異常，將冰箱藥物移至其他冰箱

D：連絡電機室值班人員，分機 2202 (24 小時)

3. 原因：請註明 A：插頭脫落 B：冰箱故障 C：其他

2016.01 藥劑部修訂