




11=11, temp = -84.5°C

11=12, temp = -69.5°C

11=13, temp = -83.7°C

因儀器不可耗在分鐘
內相差16.7度。

所以判斷是記錄
誤差，不影響沖管放。

ys-stun-stun

01. Jul. 2024