

傾斜床檢查衛教單

■ 目的

- 診斷自主神經協調不平衡造成暈厥的標準檢查。

■ 檢查時間

- 約1小時。
- 檢查時間依據病情不同可能有所差異，敬請您耐心等待。

■ 檢查前準備

- 詳閱並簽妥【暈厥病人傾斜床檢查說明暨同意書】。
- 請穿著寬鬆舒適衣物。
- 檢查過程不能離開檢查床，請先排空膀胱，並放鬆心情。

■ 檢查過程說明

- 技術員會核對受檢者身份、同意書及詢問疾病史。
- 受檢者平躺於傾斜床，四條固定帶固定於胸前和大腿，以避免跌倒滑落(見圖一)。
- 胸前會貼心電圖貼片，接上監測血壓、心跳、血氧導線後開始測量，全程盡量避免移動身體。
- 將傾斜床向上傾斜約70-90°(頭高腳低)姿勢，每5分鐘量測1次血壓，持續約30-40分鐘(見圖二)，傾斜床會回復到平躺水平位置時，量測1次血壓，隔5分鐘再量測1次血壓(見圖三)，無不適症狀，即完成檢查。
- 傾斜狀態下受檢者可能會出現噁心、盜汗、胸悶、眼前發黑、暈厥、血壓下降或心律減慢之現象；全程技術員會密切監測和記錄您的心跳、血壓等，若有上述不適，請立即告知技術員。

本單僅供參考，實際治療以醫師診治為主



■ 檢查後注意事項

- 檢查完休息5-10分鐘，無不適情形即可返家。
- 依日常活動，無特殊限制、禁忌。
- 依照醫師掛號時間回診看報告。

■ 圖示



圖一 受檢者平躺於傾斜床，四條固定帶固定於胸前和大腿，以避免跌倒滑落，量測血壓，監測心跳、血氧。



圖二 傾斜床向上傾斜約70-90°(頭高腳低)姿勢，持續約30-40分鐘，監測心跳、血氧，每5分鐘量測1次血壓。

本單僅供參考，實際治療以醫師診治為主



■圖示



圖三 傾斜床會回復到平躺水平位置，量測1次血壓，持續監測心跳、血氧，隔5分鐘再量測1次血壓，無不適症狀，即完成檢查。

參考資料：王嘉莉等編著（2017）·心臟血管系統檢查·楊文理主編，臨床檢驗判讀（二版，250頁）·新北市：新文京開發。

諮詢電話：(02)2737-2181 分機 8642

制訂單位/制(修)訂日期：聯合檢查中心臟功能檢查室/1150202

PFS-0120-009

本單僅供參考，實際治療以醫師診治為主



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮